

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора
– главного инженера филиала
ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго»
_____ А.С. Барков
« 13 » _____ 05 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту прибора ВТМ-МК зав. № 155
филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

1. Общие требования

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку работ по ремонту вышедшего из строя прибора ВТМ-МК зав. номер 155, 2013 г., с последующей поверкой. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основании заключенного договора.

2. Предмет закупки

Наименование прибора филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», требующего проведение ремонта: ВТМ-МК зав. номер 155 – неисправен дифференциальный усилитель датчика контроля входного воздуха; вышел из строя стабилизатор СДГ-111А.

Работы по ремонту прибора должны выполняться в специализированных мастерских Подрядчика. Доставка прибора до места выполнения ремонта осуществляется за счет Подрядчика.

Результатом выполненных работ должен являться полностью работоспособный прибор.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее выполнение невозможным, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантии качества должны распространяться на все работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на срок не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в течении гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации прибора, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

4. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
33.13.11.000	Не применяется

5. Срок оказания работ

Работы по ремонту прибора ВТМ-МК зав. номер 155 должны быть выполнены до 30.09.2026.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог



А.В. Ефимов