

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного инженера

ЗЭС ЦАО «Якутскэнерго»

Харитонов К.И.

« 28 » 2026 г.

Технические требования на поставку МТР
«Поставка прибора для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М
По лоту № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
1.1. Наименование закупаемой продукции.....	3
1.2. Цель использования закупаемой продукции.....	3
2. Требования к продукции.....	3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки.....	3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.....	3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.....	3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.....	4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.....	4
2.2. Требования к качеству продукции.....	5
Таблица 3. Требования к продукции.....	6

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

«Поставка прибора для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М

1.2. Цель использования закупаемой продукции

Проведение измерений влагосодержания и контроля качества элегаза, используемого в электротехническом оборудовании для обеспечения надежной эксплуатации, предотвращения аварийных ситуаций.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Код по ОКПД2	Применение законодательства о национальном режиме
1	2	3	4	5	6
1.	Прибор для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М	шт.	2	26.51.5	Установлен режим преимущества Российских товаров

** В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие*

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1.	Прибор для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М	С даты подписания договора	до 20.12.2026

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Поставка прибора для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям			Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения		
1	2	3	4	5		6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-		-//-
1.1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящему Техническим требованиям		Согласие с требованием			
2.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию		-//-	-//-		-//-
2.1	Гарантия		Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя	Согласие с требованием		-

2.2	Период изготовления		Продукция должна быть изготовленной ранее 4 квартала 2026 года, ранее не использованной	Согласие с требованием	-
3.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
3.1	Место поставки	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2	Согласие с требованием		
3.2	Условия транспортирования	ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера	Согласие с требованием		
4	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией	-//-	-//-	-//-	-//-
4.1.	«Поставка прибора для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М поз. №1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подпадает обязательной сертификации	Согласие с требованием	-	
5	Предоставление информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875		-//-	-//-	-//-

5.1	«Поставка прибора для контроля влажностодержания элегаза ИВА-10М поз. №1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	
-----	--	--	---	--

**** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.**

¹Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « Поставка прибора для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М

№ п/п	№ позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»	Наименование продукции	Требования заказчика *		Предложения участника **				
			ГОСТ	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)	Место поставки и	Наименование продукции	ГОСТ	Технические и функциональные характеристики	Место поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Позиция 1	Прибор для контроля влагосодержания элегаза ИВА-10М		Потребляемый ток — не более 350 мА; Время непрерывной работы от АКБ — не менее 6 ч; Габаритные размеры — не более 270*130*210 мм; Масса — не более 3 кг; Диапазон рабочих температур — от -15 до +50 Максимальное входное давление газа — до 10 бар; Диапазон измерений температуры точки росы (инея) — от -60 до +20 °С; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры инея	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2				

