Техническая спецификация № 7000049300/20D0
на поставку *Источника питания 0-30 В, 0-10 А*

Организация: Московские высоковольтные сети – филиал ПАО "Россети Московский регион"
Адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 6с1
Конт. Лицо: Огнев Евгений Андреевич
Должность: Начальник СОСЭАиД МВС – филиала ПАО " Россети Московский регион "

Объект/место установки: СОСЭАиД

1. Назначение

Источник питания требуется для зарядки широкого спектра аккумуляторных батарей различного напряжения и емкости. Напряжение регулируется от 0 до 30 В, ток - от 0 до 10 А. Показатели выходного напряжения и тока выводятся на панели амперметра и вольтметра

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип выходного напряжения	Постоянное выпрямленное	
Выходное напряжение, не хуже	Регулируемое в диапазоне 0-30 В	
Выходной ток, не хуже	Регулируемый в диапазоне 0-10 А	
Точность установки напряжения, не хуже	0,1В	
Точность установки тока, не хуже	0,01А	
Питание	От сети 220 В	
Габаритные размеры, не более	300х200х200 мм	
Масса, не более	3 кг	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Аппаратные средства		
Источник питания	1 шт	
Кабель с зажимами типа "Крокодил"	2 шт	
Шнур питания	1 шт	
Документация		
Действующий сертификат соответствия ГОСТ Р	1 шт	
Инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт	1 шт	

Гарантийный срок не менее 12 месяцев

Начальник СОСЭАиД МВС –
филиала ПАО “Россети Московский регион” Е.А. Огнев

Заместитель главного инженера по
организации технического обслуживания,
ремонта и развитию МВС - филиала
ПАО “Россети Московский регион” Н.О. Шашин

Начальник центральной службы диагностики
ПАО “Россети Московский регион ” С.А. Талакин

12.05.2025