

# РусГидро

Филиал ПАО «РусГидро» –  
«Жигулевская ГЭС»

## Протокол №2

Закупочной комиссии по состязательному отбору на право заключения договора «ОКПД2 26.51.53.190. Поставка титратора потенциометрического автоматического (1 шт.) для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"», лот 8-ТПИР-ОНМ-2026-ЖигГЭС

город Жигулёвск

«09» июня 2026 года

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Состязательный отбор. ОКПД2 26.51.53.190. Поставка титратора потенциометрического автоматического (1 шт.) для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС".

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 4 (четыре) заявки

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер
1.	25.05.2026 15:59:57 МСК	496870
2.	26.05.2026 01:30:27 МСК	497011
3.	26.05.2026 09:08:18 МСК	497058
4.	26.05.2026 10:05:11 МСК	497090

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЁННЫХ ЗАЯВОК:** 1 (одна)

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении результатов оценки заявок

**РЕШИЛИ:**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер заявки	Цена заявки, руб. без НДС	Примечания
1.	25.05.2026 15:59:57 МСК	496870	1 500 000, 00	
2.	26.05.2026 01:30:27 МСК	497011	923 000, 00	
3.	26.05.2026 09:08:18 МСК	497058	1 626 475, 41	
4.	26.05.2026 10:05:11 МСК	497090	1 308 000, 00	

**ВОПРОС 2:** Об отклонении заявки Участника

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку № 497058 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 (г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	1. В п. 1.2 Технического предложения «Диапазон измерения (по входному сигналу)» указано «по величине рН (рХ), ед. рН (рХ) – от минус 20,0 до 20,0», что соответствует требованиям

<p>Заказчика, однако в представленном документе «Описание типа средства измерений Регистрационный № 91925-24» указано «Диапазон измерений pH, от 0 до 14 pH», что не соответствует условиям пункта 4.3.15 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию. Также должны отсутствовать: а) внутренние противоречия между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа; б) противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП.».</p> <p>2.В п. 1.5 Технического предложения «Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения pH (рХ) для одновалентных ионов» указано «<math>\pm 0,01</math>», что соответствует требованиям Заказчика, однако в представленных документах «Описание типа средства измерений Регистрационный № 91925-24» и «Титратор автоматический АТП модель АТП-02 паспорт 4215-012.0-81696414» указано «Пределы допускаемой абсолютной погрешности pH <math>\pm 0,03</math> pH », что не соответствует условиям пункта 4.3.15 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию. Также должны отсутствовать: а) внутренние противоречия между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа; б) противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП.».</p>
--

**ВОПРОС 3:** О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

**ОТМЕТИЛИ:**

1.Предлагается признать заявки № 496870, № 497011, № 497090 удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**РЕШИЛИ:**

1.Признать заявки № 496870, № 497011, № 497090 удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**ВОПРОС 4:** О ранжировке заявок.

**РЕШИЛИ:**

1.Утвердить расчет баллов:

Критерий оценки (подкритерий)	Весовой коэффициент значимости		Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости)		
	критерия	подкритерия	Заявка № 496870	Заявка № 497011	Заявка № 497090
Критерий оценки 1: цена	0,70 70%	-//-	3,08	5,00	3,53
Критерий оценки 2: Тех	0,25 25%	-//-	0,00	5,00	0,00
Критерий оценки 3: Орг	0,05 5%	-//-	3,00	5,00	5,00
Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости)			2,30	5,00	2,72

2.Утвердить ранжировку заявок:

Место в предварительной ранжировке	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер заявки	Цена заявки, руб. без НДС	Применение положений в соответствии с 1875-ПП
------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---

(порядковый № заявки)				
1 место	26.05.2026 01:30:27 МСК	497011	923 000, 00	нет
2 место	26.05.2026 10:05:11 МСК	497090	1 308 000, 00	нет
3 место	25.05.2026 15:59:57 МСК	496870	1 500 000, 00	нет

**ВОПРОС 5:** О выборе победителя.


**РЕШИЛИ:**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика- заявка № 497011 с ценой заявки не более 923 000, 00 (девятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.2 Документации о закупке.

Секретарь закупочной комиссии



В.Н. Королев